



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"УЛЬЯНОВСКНЕФТЬ"**

432017, Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 32
Тел. 8(8422) 41-17-17, Факс 8(8422) 49-02-83

От " " 201 г. №

На № от " " 201 г.

Тестовая эксплуатация ГСМ-05-01-5

В августе 2013 года среди Поволжской группы нефтедобывающих компаний входящих в структуру ОАО НК «Русснефть» был проведён конкурс «Лучший по профессии» в том числе и по номинации «Слесарь КИПиА». На конкурсе по практическому занятию был выставлен прибор марки **ГСМ-05-01-03** используемый на наших предприятиях. Проблем при настройке и калибровке не возникло.

Версия прошивки прибора ГСМ-05-01-03, который поступил в ОАО «Ульяновскнефть» в июне 2013 года - по мнению слесарей КИПиА, более удобная чем у предыдущих моделях(устранены зависания прибора при выходе из функции тестирования).

В то же время в тестовую эксплуатацию поступил прибор - ГСМ-05-01-5. Без подготовки настроить данный прибор не удалось. Выяснилось, что есть различия по: структуре меню вторичного блока и алгоритме калибровке первичного датчика, который привязан к данной модели.

Существенный момент - в нашей организации используются такие приборы, как **СТМ-10**, с первичным датчиком, который подходит к **ГСМ-05-01-03**.

Начальник отдела автоматизации
ОАО «Ульяновскнефть»

Ю.С. Хальзов